

圧力スイッチ等の開閉試験装置のご案内

東京事業所では、圧力スイッチ等の開閉試験を行う試験装置を備えております。

本装置は、主に電気用品安全法の対象範囲となる定格動作圧力294kPa以下の圧力スイッチの開閉を行うための試験装置となります。

なお、試験用の電源設備と負荷設備はそれぞれ独立しており、他の開閉試験等においてもご活用頂ける構成となっています。ぜひ、ご利用ください。



圧力スイッチ開閉試験装置の外観



電源設備



負荷設備



< 電源設備 >

周波数：50Hz（商用電源）

電圧タップ：100V、110V、125V、200V、220V、
250V、265V、280V、300V、380V、
400V、420V、440V、460V

電源容量：460V 400A 連続通電

< 負荷設備 >

電流調整範囲：5A～600A

力率調整範囲：0.3～0.99



【お問い合わせ先】

（一財）電気安全環境研究所

ビジネス推進部 カスタマーサービスセンター

E-mail: cs@jet.or.jp